



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.32.000.М.002883.12.19 от 05.12.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) смотри приложение.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ"; 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 37 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ"; 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Белинского, дом 37 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (не соответствует) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил) —

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"; СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 66-20-16/05-4969-2019 от 01.11.2019 года (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат органа инспекции № RA.RU.710069 от 28.07.2015). Протокол лабораторных испытаний № П-8338 от 28.10.2019 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" аттестат "Системы" № РОСС.RU.0001.510116 от 25.12.2015).



Заключение действительно до 10.12.2024 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3064799



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 66.01.32.000.М.002883.12.19 от 05.12.2019 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение).

Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).
Эксплуатация и хранение дефектоскопов рентгеновских переносных.

Характеристика источников ионизирующего излучения:

1. Рентгеновский аппарат "АРИНА-3", № 2308, год выпуска 2011.
2. Рентгеновский аппарат "АРИОН-200", № 2049, год выпуска 2019.
3. Рентгеновский аппарат "АРИОН-200", № 2033, год выпуска 2010.
4. Рентгеновский аппарат "АРИОН-300", № 3138, год выпуска 2013.

Вид работ: нестационарная рентгеновская дефектоскопия

Место проведения работ: в цехах, на открытых площадках и в полевых условиях.

Место хранения: склад на 5 этаже административного здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37.

Категория потенциальной радиационной опасности: IV категория



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

